


## 色谱图和结果

### 进样信息

进样名称:	RTPT006 XR24022001-1	运行时间 (min):	36.00
瓶号:	Y:A4	进样量:	5.00
进样类型:	未知	通道:	UV_VIS_1
校正级别:		波长:	215
仪器方法:	RTPT006	带宽:	n.a.
处理方法:	定量	稀释因子:	1.0000
进样日期/时间:	2024/03/24 15:16	样品重量:	1.0000

### 色谱图



### 积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	相对峰高 %	样品量 n.a.
1		15.998	0.075	0.792	0.06	0.11	n.a.
2		16.762	0.245	2.526	0.19	0.34	n.a.
3		16.880	0.099	3.015	0.08	0.40	n.a.
4		16.998	125.157	739.348	99.13	98.37	n.a.
5		17.458	0.467	3.658	0.37	0.49	n.a.
6		18.073	0.212	2.271	0.17	0.30	n.a.
<b>总和:</b>			<b>126.254</b>	<b>751.610</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	